

Kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö

Päiväys 28.7.2023

 Versio 1.2  
 Laatija Taina Rastas  
 Tarkastaja Jenni Hinkalo  
 Hyväksyjä Kari Akerman

**COBAS h232, HUOLTOLOMAKE**
**VUOSI:**\_\_\_\_\_

**TOIMIPISTE:**\_\_\_\_\_

**LAITE NRO/NIMI:** \_\_\_\_\_

TOIMENPIDE KUUKAUSITTAIN SEKÄ TARVITTAESSA (esim. huolimaton pipetointi näytealueelle), kuittaa tekemäsi toimenpide pvm ja nimikirjaimet												
KUUKAUSI	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Näytealueen suojuksen puhdistus												
Testiliuskaohjaimen puhdistus												

TOIMENPIDE TARVITTAESSA, kuittaa tekemäsi toimenpide pvm ja nimikirjaimet						
Optiikkayksikön puhdistus						

**IQC -TARKISTUS**

TARKISTA JOKA VIIKKO TAI TARVITTAESSA, kuittaa tekemäsi toimenpide pvm ja nimikirjaimet																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52