COBAS h232 IQC KONTROLLILOMAKE

VUOSI:_____

TOIMIPISTE:_____

LAITE NRO/NIMI: _____

IQC, Roche Cardiac IQC (Ref 04880668), sisältää Cardiac IQC low tarkistusliuskan, Cardiac IQC high tarkistusliuskan ja koodisirun. IQC:llä varmistetaan laitteen optiikan toiminta. Säilytä liuskat omassa purkissa, korkki suljettuna, huoneenlämmössä. Säilyy avattuna 6 kk huoneenlämmössä.
IQC –tarkistus tehdään, **1x viikossa tai tarvittaessa** (tuloksia epäillään tai laiteen epäillään vahingoittuneen). Testi tehdään kontrollitestikanavalla.

Laitekontrollin tekeminen

1. Laita laite päälle ja kirjaudu sisään.
2. Valitse QC-testi ja laita testiliuska laitteeseen. Mikäli kyseessä on uusi paketti, laite pyytää viemään sirulla tiedot koneelle. Mittaus alkaa automaattisesti ja tulos ilmestyy näyttöön kun testi on suoritettu.
3. Mikäli tulos on ”PASS” laite on kunnossa. Mikäli tulos on ”FAILED” ota yhteys laboratorioon. Merkitse numeeriset tulokset alla olevaan taulukkoon.

IQC lot nro	IQC, viimeinen käyttö pvm	tulos IQC low tavoite:	tulos IQC high tavoite:	pvm/tekijä