VIRTSALIUSKALUKULAITTEEN-VIERITUTKIMUSMITTARIN TOIMINNAN SEURANTA **Hoitoyksikkö** _____

Vastuuhenkilö(oma yksikkö) _____ **Laaduntarkkailua ohjaava henkilö**_____

Mittarin yksilöinti tai sarjanumero _____

SOVITTU KONTROLLIEN TEKOTIHEYS:

- □ **analysointipäivänä**
- □ **1x viikossa**
- □ **avattaessa uusi testipaketti**
- [x] **testin lot/erä vaihtuu**
- □ **muu tekotiheys/ syy** _____

Käytä joka mittarille omaa kaavaketta.
Merkkaa tulokset taulukkoon ja lähetä täysi lomake laaduntarkkailua ohjaavalle henkilölle(vieritutkimushoitaja tai aluelaboratorion henkilökunta).
Vaihda kaavake uuteen vähintään 3kk:n välein.
Ota välittömästi yhteys vastuukäyttäjään tai laaduntarkkailua ohjaavaan henkilölle, mikäli kontrollitulos ei ole tavoitevälillä!

LIUSKAT: **LOT:**_____ **EXP:**_____ **OT. KÄYTTÖÖN** ____/____ **20**____

KONTROLLIT: LOT taso1_____ **LOT taso 2**_____ **EXP:**_____ **OT. KÄYTTÖÖN** ____/____ **20**____

vuosi	LEVEL 1								LEVEL 2								
tavoite suluissa pvm	**Gluk-O**: (neg)	**Keto-O**: (neg)	**Suhtih**: (_____-_____)	**Eryt (BLD)-O**: (neg)	**pH**: (_____-_____)	**Prot-O**: (neg)	**Nitr-O**: (neg)	**Leuk-O**: (neg)	**Gluk-O**: (_____-_____)	**Keto-O**: (_____-_____)	**Suhtih**: (_____-_____)	**Eryt-O**: (_____-_____)	**pH**: (_____-_____)	**Prot-O**: (_____-_____)	**Nitr-O**: (posit)	**Leuk-O**: (_____-_____)	Kuittaus